






No	品名	材質
1	本体	SUS316L
2	キャップ	C3771/C3604
3	押ネジ	ABS樹脂 C3604
4	一次圧力計	SUS316L
5	二次圧力計	SUS316L
6	1/4" UJRユニオンナット	SUS316
7	UJRガスケット	Ni
8	UJRSリーブ	SUS316L
9	UJRSリーブ	SUS316L

TORR-1300-4W-5003-4UF4UF	0~5.0MPa	-0.1~0.3MPa	1/4" UJRメスナット
TORR-1300-4W-B515-4UF4UF	0~25MPa	-0.1~1.5MPa	1/4" UJRメスナット
TORR-1300-4W-B510-4UF4UF	0~25MPa	-0.1~1.0MPa	1/4" UJRメスナット
TORR-1300-4W-B506-4UF4UF	0~25MPa	-0.1~0.6MPa	1/4" UJRメスナット
TORR-1300-4W-B503-4UF4UF	0~25MPa	-0.1~0.3MPa	1/4" UJRメスナット
品名		一次圧力計	二次圧力計
		出入口形状	

日付 DATE	'02.01.31	承認 APPROVED	部長 08.5.28 小山	検図 CHECKED	チーフ 08.5.28 三吉	製図 DRAWN	金 08.5.28 井
尺度 SCALE	1/1						品名 TITLE
訂正 REV.	イ '02.01.31 松本	日酸TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION					

分類 TYPE	3						
図番 DWG. No.	BN80747	へ					
訂正 Rev.	△△△△△△△△						