






No	品名	材質
1	本体	C3604
2	ボンネット	C3604
3	押ネジ	A6063 C3604
4	二次圧力計	C6872T C3604
5	1/4" Swagelok	SUS316

BL-0X072	124Q	3.0MPa	-0.1~1.0MPa	1/4" Swagelok
BL-0X071	124P	3.0MPa	-0.1~1.0MPa	NPT1/8メス
BL-0X052	124N	3.0MPa	-0.1~0.3MPa	1/4" Swagelok
BL-0X051	124M	3.0MPa	-0.1~0.3MPa	NPT1/8メス
品名	型式	入口側最高使用圧力	二次圧力計	出入口形状

日付 DATE	'05.07.07	承認 APPROVED	部長 '05.7.08 牛越	検図 CHECKED '05.7.-8 小山和	製図 DRAWN '05.7.-8 沢石	品名 TITLE	S-LABO BL-0sr
尺度 SCALE	1/1						
訂正歴 REV.	'05.07.07 滝沢						



日酸TANAKA株式会社

NISSAN TANAKA CORPORATION

分類 TYPE	3
図番 DWG. No.	BN86322 イ
訂正 Rev.	△△△△△△△