




項目	名前	材料
1	本体	NCu
2	キャップ	C3604
3	押ネジ	ABS樹脂 C3604
4	一次圧力計	NCu
5	二次圧力計	NCu
6	パッキン	PCTFE
7	入口取付ナット	NCu
8	入口継手	NCu
9	出口バルブ	-
10	排出弁	-



M1-1VR-1G5C-B3N1	0~25MPa	-0.1~1.5MPa	W26-14(R・H)	M16x1.5(R・H)
M1-1VR-1G7C-B3N1	0~25MPa	-0.1~0.6MPa	W26-14(R・H)	M16x1.5(R・H)
M1-1VR-1G8C-B3N1	0~25MPa	-0.1~0.3MPa	W26-14(R・H)	M16x1.5(R・H)
M1-1VR-1G5G-B3N1	0~25MPa	0~1.5MPa	W26-14(R・H)	M16x1.5(R・H)
M1-1VR-1G7G-B3N1	0~25MPa	0~0.6MPa	W26-14(R・H)	M16x1.5(R・H)
M1-1VR-1G8G-B3N1	0~25MPa	0~0.3MPa	W26-14(R・H)	M16x1.5(R・H)
品名	一次圧力計	二次圧力計	入口形状	出口形状

	日付 DATE	'15.04.28	承認 APPROVED	菅野 崇 2021/08/04	検図 CHECKED 松本 勝幸 2021/08/03	製図 DRAWN 金井 陽子 2021/07/30
	尺度 SCALE	1:1				
01 '21.07.30 金井 10333						
訂正歴 REV. イ '15.04.28 金井	日酸 TANAKA株式会社					

品名 TITLE	S/LAB0	分類 TYPE	図番 DWG No.	訂正 Rev.
	M1-1シリーズ		CN86625-01	